

## ADENDA No. 02

Por medio de la presente Adenda, se modifica la **INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR COTIZACIÓN No. 24 de 2019**, del proyecto “Conservación de bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonia”; la cual tiene como objeto: “Adquisición de unos equipos de laboratorio”

ITEM	EQUIPO	DESCRIPCIÓN
14	Balanza analítica	Pantalla LCD, máxima capacidad igual o superior a los 140 g, sensibilidad de 0.0001 g, con calibración interna, lineabilidad inferior o igual a $\pm 0,3$ mg, tiempo de estabilización menor o igual a <b>3.5 segundos</b> , con grado de protección IPV, temperatura de operación entre 10°C a 40°C, con una humedad relativa del 10% al 80%, construida en material resistente a las altas humedades.

Los demás aspectos no modificados mediante esta adenda continúan vigentes.