

**ADENDA No. 04
CONVOCATORIA No. 37 DE 2018**

Teniendo en cuenta las distintas observaciones que presentaron los proponentes respecto a las características requeridas se modifican algunas de estas. Por lo anterior decide:

Por medio de la presente Adenda, se modifican los Términos de Referencia de la **CONVOCATORIA PÚBLICA No. 37 DE 2018**, así:

PRIMERO: El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "SINCHI" les invita a presentar una cotización para:

Descripción	Detalle características requeridas	Cant
Centrífuga De Mesa Multifunción Con Super Enfriamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Rango de Velocidad: 500-15,000 rpm (en pasos de 1 rpm) • Temporizador 0-99 min (en pasos de un segundo) • Memoria de mínimo 10 programas • Temperatura: -9° to + 40°C • Detector de vibración y desequilibrio • Sensor de velocidad • Sensor de sobrecalentamiento del motor • Diagnóstico del equipo en la pantalla LED Incluya los siguientes rotores. ROTOR: 24 X 1,5 - 2 mL. Tubos de max : 11 X 50 mm ROTOR: 6 X 50 mL - Tubos de max:30 X 120 mm Pantalla LED Tiempo de trabajo Continuo: ≥ 5 Horas	1

Esta modificación se extiende a las secciones 2 y 3.

Los demás aspectos no modificados mediante esta adenda continúan vigentes.