



Instituto
amazónico de
investigaciones científicas
SINCHI



MINAMBIENTE

Respuesta Observaciones 2 (06 de noviembre de 2018)

Observaciones Daniel Buitrago

1. Solicitamos consideren una centrifuga con 10 programas o menos, considerando que normalmente en la operación del equipo durante las pruebas máximo se usan 4 y que se pueda programar en pasos de 10 rpm, esto beneficia al usuario porque no tiene que dar tantos giros en la programación de la velocidad.

Respuesta: Teniendo en cuenta que se recibieron varias observaciones sobre la memoria de la centrifuga, se establece como mínimo 10 programas

2. Solicitamos se considere un temporizador con un tiempo programable 1 segundo a 99 min:59 segundos, modo continuo o modo impulso pequeños ciclos, con estas opciones se cubre el tiempo que cubre todas las pruebas realizadas en el laboratorio.

Respuesta: Se corrige el rango del temporizador de 0 a 99 minutos, como mínimo

3. Solicitamos aclarar a que se refieren en accesorios con: ordenador central, plato pequeño, plato grande

Respuesta: Con respecto a los accesorios, se eliminaron mediante adenda 01 ya que no se consideran un requisito elemental para el funcionamiento básico de la centrifuga.

Observaciones Adriana Mesa

1. Solicitan Centrifuga De Mesa Multifunción Con Super Enfriamiento Rango de Velocidad: 500-15,000 rpm (en pasos de 1 rpm) Con el ánimo de permitir la participación de más oferentes cordialmente solicitamos permitir ofertar centrifuga refrigerada que maneje velocidades hasta 14.000 r.p.m.

Respuesta: Teniendo en cuenta que se recibieron varias observaciones respecto a la velocidad de la centrifuga, se establece como máximo velocidad de 14.000 rpm.

2. Temporizador 0-9999 min (en pasos de un segundo). Con el ánimo de permitir la participación de más oferentes cordialmente solicitamos permitir ofertar centrifuga con temporizador 0-99 min.

Respuesta: Se corrige el rango del temporizador de 0 a 99 minutos, como mínimo.

3. Solicitan memoria de mínimo 108 programas Con el ánimo de permitir la participación de más oferentes cordialmente solicitamos aclarar la importancia de este requerimiento y así mismo permitir ofertar equipos que manejen memoria como mínimo de 35 a 108 programas, suficiente para procesar una gran variedad de muestras.

Respuesta: Teniendo en cuenta que se recibieron varias observaciones sobre la memoria de la centrifuga, se establece como mínimo 10 programas

4. ROTOR: 24 X 1,5 - 2 mL. Tubos de max : 11 X 50 mm. Cordialmente solicitamos permitir ofertar rotor para tubos de 11 x 43 mm hasta máximo 11 x 50 mm.

Respuesta: De acuerdo a las especificaciones enviadas, el rotor cumple con lo exigido

5. Solicitan accesorios: ordenador central *1, plato grande * 1, plato pequeño * Cordialmente solicitamos aclarar a que hace referencia este tipo de accesorios.

Respuesta: Con respecto a los accesorios, se eliminaron mediante adenda 01 ya que no se consideran un requisito elemental para el funcionamiento básico de la centrifuga.