

ADENDA No. 02
CONVOCATORIA NO. 12 DE 2020
MATERIALES DE LABORATORIO Y REACTIVOS

Por medio de la presente adenda, se aclara la observación presentada en los siguientes términos:

Observación:

“Con el fin de participar en el proceso de INVITACION PUBLICA No 12 solicito de su amable colaboración en respuesta de la siguiente observación :

Sílica gel (sin cloruro de cadmio o cobalto) 7631-86-9 500 g 10

Bajo el numero de CAS 7631-86-9 no arroja los siguientes resultados:

Por esta razón solicitamos de su amable colaboración para nos informen que Referencia requerida para ustedes y cotizar la referencia solicitada por parte de ustedes.”

Respuesta:

Teniendo en cuenta su solicitud nos permitimos indicar que los ítems relacionados pueden ser ofertados bajo las siguientes características:

El reactivo solicitado se empleará como desecante general e indicador de humedad, por lo tanto, se solicita grado estándar o técnico (no analítico, no para cromatografía), en presentación de beads de 2 a 5 mm, libre de metales pesados (sin Cadmio o Cobalto como indicadores).

Los demás aspectos no modificados mediante esta adenda continúan vigentes.

Fecha: 24/06/2020