



Norwegian Ministry
of Climate and Environment



RESPUESTA A OBSERVACIONES No. 2

CONVOCATORIA PÚBLICA No 13 DE 2021 PILAR 3 AGROAMBIENTAL - PROGRAMA REM / VISIÓN AMAZONIA -REACTIVOS Y MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LABORATORIO E INVERNADERO-

Dando respuesta a las inquietudes planteadas respecto al ítem No. 7 del lote No.2, nos permitimos realizar las siguientes aclaraciones:

Consulta No. 1

Al considerar que para el lote 2 crioviales de 2 ml centrifugable a 14.000G, fondo cónico, con base para autoestabilidad, es importante mencionar al instituto que ninguna marca puede ofrecer ambas características técnicas toda vez que si se requieren tubos centrifugables a 14.000G deben ser sin base para soporte, esto debido a las características para su construcción, adjunto enviamos información técnica de dos de las marcas más reconocidas del mercado, donde se evidencia esta información.

Si el instituto ha usado o cuenta con un criovial que cumpla con estas características, agradecemos puedan remitir marca, modelo o registro fotográfico para homologarlo a las marcas disponibles en el mercado.

Agradecemos confirmarnos también si se requieren los crioviales tapa rosca externa o rosca interna.

Respuesta: Teniendo en cuenta que el Instituto no puede solicitar o indicar marcas o fabricantes en específico, dada la naturaleza del proceso, se hará una nueva modificación a las especificaciones técnicas del Ítem No. 7 del Lote 2 eliminando la referencia “centrifugable hasta 14.000 G” y se incluirá que se requiere la **tapa rosca externa**.

Se hará la correspondiente modificación a los términos de referencia mediante Adenda.

Fecha: 27/08/2021



Investigación científica para el desarrollo sostenible de la región Amazónica Colombiana

Sede Principal: Av. Vásquez Cobo entre Calles 15 y 16, Tel:(8)5925481/5925479–Tele fax
(8)5928171 Leticia–Amazonas

Oficina de Enlace: Calle 20 No. 5-44 PBX 444 20 60 Fax 2862418 / 4442089 Bogotá

www.sinchi.org.co

